

**ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3108.01/2018-SMS**

O Município de Fortim/CE, através da PREGOEIRA oficial do Município, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração no Edital nº. 3108.01/2018-SMS, cujo objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA E A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM – CEARÁ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 10295.311000/1180-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**

A PREGOEIRA, no uso de suas atribuições resolve alterar o edital nos seguintes termos:

**ALTERAÇÕES:** Tendo em vista a ausência dos itens de 1 ao 32 no termo de referencia do edital, para efeito de elaboração de proposta de preços, segue a seguinte alteração:

1. **INCLUSÃO** no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, com os seguintes itens e subitens:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	<b>Ar Condicionado.</b> Características Físicas / Especificação: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs. TIPO SPLIT . FUNÇÃO QUENTE E FRIO .	1
2	<b>Longarina.</b> Características Físicas/Especificação: ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO . NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES .	3
3	<b>Cadeira.</b> Características Físicas/ Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO. RODÍZIOS NÃO POSSUI. BRAÇOS NÃO POSSUI . REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI . ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO .	1
4	<b>Impressora Laser (Comum):</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e officio; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1
5	<b>Computador (Desktop-Básico)</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	1


6	<b>Esfigmomanômetro Adulto.</b> MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO	2
7	<b>Cardioversor.</b> TIPO BIFÁSICO COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO. PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI. MEMÓRIA DE ECG: POSSUI. IMPRESSORA: POSSUI. MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI. MÓDULO DEA: POSSUI. OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI. BATERIA: POSSUI	1
8	<b>Balde a Pedal.</b> MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L .	4
9	<b>Oxímetro de Pulso.</b> TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2 01 .	2
10	<b>Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu).</b> Característica Física/Especificação: RESERVATÓRIO POSSUI. MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI .	1
11	<b>Estetoscópio Adulto.</b> TIPO DUPLO. AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL .	2
12	<b>Laringoscópio Infantil.</b> Característica Física/Especificação: ILUMINAÇÃO INTERNA: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON. COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS .	1
13	<b>Mesa de Mayo.</b> Característica Física/Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL .	2
14	<b>Carro Maca Simples.</b> Característica Física/Especificação: SUPORTE DE SORO/COLCHONETE: POSSUI. GRADES LATERAIS: POSSUI. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	1
15	<b>Laringoscópio Adulto.</b> Característica Física/Especificação: ILUMINAÇÃO INTERNA: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON. COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RIGIDAS.	1
16	<b>Eletrocardiógrafo.</b> Característica Física/Especificação: SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI . ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ECG. CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE/ COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-FI: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/USB/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI.	1
17	<b>Carro de Emergência.</b> Característica Física/Especificação: RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M. TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI. SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI. CONFECCÃO ESTRUTURA/ TAMPO: AÇO CARBONO PINTADO / AÇO CARBONO PINTADO. SUPORTE PARA DEFIBRILADOR: POSSUI. SUPORTE DE SORO: POSSUI. GAVETAS: DE 04 A 06. RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI .	1
18	<b>Bomba de Infusão.</b> Característica Física/Especificação: KVO: POSSUI. ALARMES: POSSUI . PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI. BOLUS: POSSUI. EQUIPO: UNIVERSAL. BATERIA: POSSUI .	1
19	<b>Banqueta.</b> Característica Física/ Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI. RODÍZIOS: POSSUI . ASSENTO: GIRATÓRIO.	1
20	<b>Suporte de Hamper.</b> Característica Física/Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL .	1
21	<b>Aspirador de Secreções Elétrico Móvel.</b> Característica Física/Especificação: SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI. VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI. FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM.	1
22	<b>Armário Vitrine.</b> Característica Física/Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO. LATERAIS DE VIDRO: POSSUI. NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS .	1
23	<b>Glicosímetro.</b> Característica Física/ Especificação: ACESSÓRIOS: ATÉ 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR.	3
24	<b>Escada com 2 degraus.</b> Característica Física/Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL .	10
25	<b>Suporte de Soro.</b> Característica Física/Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL . TIPO PEDESTAL.	6
26	<b>Papagaio.</b> Característica Física/ Especificação: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL .	2
27	<b>Balança Antropométrica Adulto.</b> Característica Física/ Especificação: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL .	1

28	<b>Comadre.</b> Característica Física/Especificação: CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	2
29	<b>Armário.</b> Característica Física/ Especificação: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg.	1
30	<b>Lanterna Clínica.</b> Característica Física/Especificação: TIPO LED.	2
31	<b>Carro de Curativos.</b> Característica Física/Especificação: ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	1
32	<b>Grupo Gerador (8 a 100 KVA).</b> Especificação Técnica: Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, Reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.	1

2. As demais condições permanecem inalteradas.

**3. A data de abertura do certame fica inalterada. Conforme publicação oficial veiculada nos mesmo veículos de comunicação da publicação inicial.**

Fortim-Ce, em 03 de Setembro de 2018.

  
**FRANCISCA LAEDINA ALVES GOMES MAIA**  
 Pregoeira